

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H

MANTENGA EN TODO MOMENTO ESTE DOCUMENTO A MANO Y LÉALO DETENIDAMENTE ANTES DEL USO. SI HA TENIDO O PUEDE HABER TENIDO ALGÚN INCIDENTE GRAVE RELACIONADO CON EL DISPOSITIVO, NOTIFIQUELO DIRECTAMENTE AL FABRICANTE O A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO Y A SU AUTORIDAD REGULADORA LOCAL.

FINALIDAD PREVISTA

La HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H es una solución de lavado para su uso con HA-8190V, que está destinado al análisis cuantitativo de la HbA1c. Solo para uso diagnóstico *in vitro* y profesional.

RESUMEN Y PRINCIPIO DE USO

La medición de HbA1c estable es un valor de gran utilidad en el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes, así como en la observación de trastornos diabéticos. HA-8190V analiza la HbA1c en sangre mediante cromatografía de intercambio catiónico en fase inversa. La muestra de sangre diluida con solución hemolizante se envía a la columna, que fracciona la muestra en distintos componentes de la hemoglobina a partir de una cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC).

ADVERTENCIAS

- Este producto contiene menos de un 0,02% de azida sódica (NaN₃), irritante de las mucosas, como conservante.
- La azida sódica puede reaccionar con el cobre o el plomo, generando azida metálica potencialmente explosiva.
- La azida sódica también puede reaccionar con un ácido y provocar la formación de azida de hidrógeno, sustancia tóxica y explosiva.
- Por tanto, a la hora de desechar estas sustancias, debe hacerlo mezclándolas con un volumen adecuado de agua para impedir que queden restos de reactivo en el sistema de desagüe.
- Si el producto entra en contacto con los ojos o la boca, lávese inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.
- Si entra en contacto con la piel, lávese con agua abundante.
- Elimine los líquidos de desecho que contengan muestras de sangre según lo estipulado por las normas locales sobre desechos con peligro biológico.

PRECAUCIONES

- Sólo para uso diagnóstico *in vitro*.
- Este producto está indicado exclusivamente para HA-8190V. NO intente utilizarlo con otros instrumentos. Consulte el manual de instrucciones del instrumento.
- Si se almacena el producto en un lugar fresco, como un refrigerador, deje que se ajuste al mismo entorno que el instrumento durante al menos una hora antes de colocarlo en el instrumento.
- NO utilice el recipiente de solución hemolizante pasada la fecha de caducidad.
- La fecha de caducidad aparece en la caja y en la etiqueta del recipiente.
- Coloque el recipiente de solución hemolizante en la posición especificada en la bandeja de reactivos y acople correctamente el tapón con la cánula para la solución.
- Sustituya la solución hemolizante por una nueva aún cuando solamente quede muy poco volumen de solución.
- Si añade solución nueva al antiguo recipiente, pueden producirse resultados de medición inexactos.
- Manipule con cuidado el producto en todo momento.
- Evite que el material sufra golpes.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Consulte el manual de instrucciones del instrumento.

ALMACENAMIENTO

- Almacene los recipientes de solución hemolizante sin abrir a una temperatura entre 3°C y 30°C, alejados de la luz solar.
- Una vez abierta, utilice la solución hemolizante en el plazo de un mes, aunque esta fecha sea previa a la fecha de caducidad.
- Si no se va a utilizar el instrumento durante una semana o un período de tiempo más prolongado, extraiga el recipiente de solución hemolizante del instrumento. A continuación, tápelo bien y almacénelo a una temperatura entre 3°C y 30°C para evitar la degradación o concentración de líquido.

MATERIALES SUMINISTRADOS

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H: 2 L x 3 recipientes/caja, tampón de fosfato con surfactante.

Materiales de los recipientes:

recipiente de polietileno (PE) con tapón de polipropileno (PP)

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO SUMINISTRADOS

Consulte el manual de instrucciones del instrumento.

RECOGIDA DE MUESTRAS Y ALMACENAMIENTO

Consulte el manual de instrucciones del instrumento.

CONTROL DE CALIDAD

Consulte el manual de instrucciones del instrumento.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contacto de asistencia técnica
[TEL: +31-20-545-24-50]

