

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H

CONSERVEZ CETTE NOTICE À PORTÉE DE MAIN ET LISEZ-LA ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DU PRODUIT. SI UN INCIDENT GRAVE EN LIEN AVEC LE DISPOSITIF EST SURVENU OU AURAIT PU SURVENIR, VEUILLEZ EN INFORMER DIRECTEMENT LE FABRICANT OU LE REPRÉSENTANT AUTORISÉ ET VOTRE ORGANISME DE RÉGLEMENTATION LOCAL.

USAGE PRÉVU

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H est une solution de lavage à utiliser avec le HA-8380V, qui sert à la mesure quantitative de l'HbA1c. À usage diagnostique *in vitro* et professionnel uniquement.

RÉSUMÉ ET PRINCIPE

Le dosage de l'HbA1c stable est très utile dans le diagnostic et le traitement des diabètes ainsi que l'observation des pathologies diabétiques. Le HA-8380V mesure l'HbA1c dans le sang en utilisant la chromatographie d'échange de cations en phase inverse. L'échantillon de sang dilué par la solution de lavage d'hémolyse est envoyé dans la colonne, qui le sépare en plusieurs composants de l'hémoglobine par chromatographie liquide à haute performance (HPLC).

MISES EN GARDE

- Ce produit contient moins de 0,02 % d'azide de sodium (NaN₃), irritant pour les muqueuses, comme agent de conservation.
- L'azide de sodium peut réagir avec le cuivre ou le plomb et ainsi former un azide métallique explosif.
- L'azide de sodium peut également réagir avec de l'acide et entraîner la formation d'un azide d'hydrogène toxique et explosif.
- Par conséquent, lorsque ces substances sont éliminées, il faut les évacuer avec un volume d'eau adéquat afin d'éviter que du réactif ne reste dans les canalisations d'eau.
- En cas de contact de ce produit avec les yeux ou la bouche, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau.
- Éliminer les déchets liquides contenant des échantillons de sang conformément aux réglementations locales en matière de déchets présentant un risque biologique.

PRÉCAUTIONS

- À usage diagnostique *in vitro* uniquement.
- Ce produit sert uniquement au HA-8380V. NE PAS essayer de l'utiliser avec d'autres instruments. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'instrument.
- Si ce produit est conservé au frais, par exemple dans un réfrigérateur, le laisser s'adapter au même environnement que l'instrument pendant au moins une heure avant de le placer sur l'instrument.
- NE PAS utiliser le flacon de solution de lavage d'hémolyse au-delà de sa date de péremption.
- La date d'expiration est mentionnée sur la boîte et sur l'étiquette du flacon.
- Placer la bouteille de solution de lavage d'hémolyse dans la position indiquée sur le plateau des bouteilles et fixer correctement le bouchon avec embout pour la solution de lavage d'hémolyse.
- Remplacer la bouteille de solution de lavage d'hémolyse par une nouvelle même si elle contient encore un petit volume de solution.
- L'ajout d'une nouvelle solution à l'ancienne bouteille risque de générer des résultats de mesure imprécis.
- Toujours manipuler le produit avec précaution.
- Éviter tout choc physique.

PROCÉDURE DE MESURE

Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'instrument.

STOCKAGE

- Stocker les bouteilles de solution de lavage d'hémolyse non ouvertes à une température comprise entre 3 °C et 30 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Une fois ouvertes, les bouteilles de solution de lavage d'hémolyse doivent être utilisées dans le mois qui suit, même si la date d'expiration n'est pas atteinte.
- Si l'instrument n'est pas utilisé pendant une semaine ou plus, retirer la bouteille de solution de lavage d'hémolyse de l'instrument. Ensuite, bien les refermer et les stocker à une température comprise entre 3 °C et 30 °C afin d'éviter toute dégradation et/ou concentration du liquide.

MATÉRIEL FOURNI

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H : 3 flacons x 2 L / boîte, tampon phosphate contenant un surfactant.

Matériaux du flacon :

Flacon en polyéthylène (PE) avec bouchon en polypropylène (PP)

MATÉRIEL REQUIS, MAIS NON FOURNI

Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'instrument.

COLLECTE ET STOCKAGE DES ÉCHANTILLONS

Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'instrument.

CONTRÔLE QUALITÉ

Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'instrument.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contact de l'assistance technique
[TEL: +31-20-545-24-50]

