

## Upozornění při vybalování

Pod stolem na reagentie jsou umístěny dvě pryžové stolní zarážky. Před použitím je nezapomeňte odstranit. Pokud je analyzátor provozován bez jejich odstranění, může to způsobit vážnou poruchu. Stolní zarážky si uschovejte a nasadte je při každé přepravě analyzátoru.

