

Waarschuwing voor het uitpakken

De twee rubberen tafelstoppers worden onder reagenstafel geplaatst. Zorg dat u ze verwijdert voor gebruik. Als de analyser wordt gebruikt zonder ze te verwijderen, kan dit een ernstige fout veroorzaken. Bewaar de tafelstoppers en bevestig ze opnieuw wanneer de analyser wordt getransporteerd.

