

Opozorilo za razpakiranje

Pod mizo za reagente sta nameščeni dve gumijasti blokadi mize. Pred uporabo ju morate odstraniti. Če uporabljate analizator, ne da bi ju odstranili, lahko pride do hude okvare. Blokadi mize shranite in ju namestite pred vsakim transportom analizatorja.

